

ACLARACIÓN N°1

Procedimiento de Cotización Restringido N°CORBANA-PGBS-PCR-0013-2024

COMPRA E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO ENFRIADOR (CHILLER) PARA BIORREACTOR DEL LABORATORIO DE CONTROL BIOLÓGICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS DE CORBANA S.A., UBICADO EN LA RITA DE POCOCÍ, PROVINCIA DE LIMÓN

Como resultado de la visita pre-oferta para evacuar consultas y aclaraciones al cartel, realizada el día 06 de agosto de 2024 en las instalaciones del Centro de Investigaciones de CORBANA, se realiza las siguientes modificaciones al cartel, del Capítulo III de Especificaciones Técnicas, la cual fue aceptada por mutuo acuerdo por los participantes presentes.

- Ítem 3.** Rango de temperatura mínimo de -20 a 40 °C.
- Ítem 4.** El depósito debe tener: capacidad mínima de 2,65 L, cubierta tapón roscado, indicador de nivel de líquido y desagüe del reservorio.
- Ítem 6.** Preferible poseer un monitor LED.
- Ítem 9.** Preferible poseer tecnología de control ambiental WhisperCool.
- Ítem 11.** Refrigerante acorde al modelo.
- Ítem 16.** En cuanto a requisitos eléctricos se requiere: (VAC/Hz/Ph/A) (60Hz) 120/60/1/12. Conexión 110 o 220.
- Ítem 18.** Control de temperatura local o remoto.
- Ítem 19.** Se requiere la instalación y capacitación en uso y cuidado del equipo.

Atentamente,

Luisa Lynn Castillo Mora
Encargada de Compras
Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos