



San José, 20 de octubre del 2023
CORBANA-PGBS-CE-060-2023

ACLARACIÓN N°1

PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN ABIERTO #CORBANA-PGBS-PCA-002-2023 **COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS DE CORBANA S.A., UBICADO EN LA RITA, POCOCÍ, PROVINCIA DE LIMÓN**

Como resultado de la visita pre-oferta para evacuar consultas y aclaraciones al cartel, realizada el día 18 de octubre, 2023 en el Laboratorio del Centro de Control Biológico en las instalaciones del Centro de Investigaciones de CORBANA, se realiza la siguiente modificación al cartel, la cual fue aceptada por mutuo acuerdo por los participantes presentes.

Capítulo III. Especificaciones Técnicas para la compra del equipo Autoclave Industrial Horizontal.

Ítem 2.1.19: El consumo del equipo debe tener dos piezas de 9Kw cada uno, para un total de 18Kw 220V / 60Hz monofásico o trifásico.

Atentamente,

Luisa Lynn Castillo Mora
Encargada de compras
Proveeduría General de Bienes y Servicios Administrativos